

南京攀事达电子仪器有限公司

出厂检验报告

检品名称	电解质分析仪配套参比液 (离子选择电极法)	检品批号	160001
取样量	3 个	本批数量	100
规格型号	FT330 试剂包	生产日期	2024. 11. 01
检验日期	2024. 11. 01		

检验依据：电解质分析仪配套参比液产品技术要求

检验项目	技术要求	检验结果
准确度	$K^+ : B \leq 3.0\%$	$K^+ : 0 \sim 0.50 \quad \%$
	$Na^+ : B \leq 3.0\%$	$Na^+ : 0.77 \sim 1.03 \quad \%$
	$Cl^- : B \leq 3.0\%$	$Cl^- : 0.09 \sim 0.27 \quad \%$
	$Ca^{2+} : B \leq 5.0\%$	$Ca^{2+} : 0.98 \quad \%$
	$Li^+ : B \leq 5.0\%$	$Li^+ : 0.49 \sim 0.98 \quad \%$
批内精密度	$K^+ : CV \leq 1.0\%$	$K^+ : 0.12 \sim 0.26 \quad \%$
	$Na^+ : CV \leq 1.0\%$	$Na^+ : 0.08 \sim 0.12 \quad \%$
	$Cl^- : CV \leq 1.0\%$	$Cl^- : 0.12 \sim 0.25 \quad \%$
	$Ca^{2+} : CV \leq 1.5\%$	$Ca^{2+} : 0.42 \sim 0.41 \quad \%$
	$Li^+ : CV \leq 1.5\%$	$Li^+ : 0.51 \sim 0.90 \quad \%$
	$pH : CV \leq 1.0\%$	$pH : 0.07 \sim 0.19 \quad \%$
外 观	封装应紧密，不应发生渗漏现象； 溶液应无色透明，不应出现明显 浑浊和产生絮状沉淀。标识和标 签应规范	封装紧密，无渗漏现象；溶液无色透 明，无明显浑浊和絮状沉淀。标识和 标签规范
装量	不少于标示量的 95%	103 %

检验结论：本品按电解质分析仪配套参比液产品技术要求检验，结果符合规定。

检验人：张朝

复核人：李

批准人：李莉

南京攀事达电子仪器有限公司

出厂检验报告

攀事达电子仪器有限公司

检品名称	电解质分析仪配套参比液 (离子选择电极法)	检品批号	160007
取样量	1 个	本批数量	102
规格型号	试剂包 600	生产日期	2025. 05. 21
检验日期	2025. 05. 21		

检验依据：电解质分析仪配套参比液产品技术要求

检验项目	技术要求	检验结果
准确度	K ⁺ : B≤3.0% Na ⁺ : B≤3.0% Cl ⁻ : B≤3.0% Ca ²⁺ : B≤5.0% Li ⁺ : B≤5.0%	K ⁺ : 0~0.34 % Na ⁺ : 1.60~1.99 % Cl ⁻ : 0~0.88 % Ca ²⁺ : 1.31 % Li ⁺ : 1.46~1.95 %
批内精密度	K ⁺ : CV≤1.0% Na ⁺ : CV≤1.0% Cl ⁻ : CV≤1.0% Ca ²⁺ : CV≤1.5% Li ⁺ : CV≤1.5% pH: CV≤1.0%	K ⁺ : 0.13~0.37 % Na ⁺ : 0.09~0.16 % Cl ⁻ : 0.19~0.30 % Ca ²⁺ : 0.34~0.56 % Li ⁺ : 0.42~1.02 % pH: 0.04~0.07 %
外观	封装应紧密,不应发生渗漏现象; 溶液应无色透明,不应出现明显 浑浊和产生絮状沉淀。标识和标 签应规范	封装紧密,无渗漏现象;溶液无色透 明,无明显浑浊和絮状沉淀。标识和 标签规范
装量	不少于标示量的 95%	101.7 %

检验结论：本品按电解质分析仪配套参比液产品技术要求检验，结果符合规定。

检验人：李莉

复核人：李莉

批准人：李莉